

対象マスクご使用者様

帝人ヘルスケア株式会社

レスメド社製「マグネット付きマスク」安全通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、ご使用いただいております「マグネット付きマスク」(以下、対象マスク)の製造販売元 レスメド社より、対象マスクに関する安全通知指示を受けておりますので、下記のとおりご案内いたします。

敬具

記

1. 対象マスク 「マグネット付きマスク」

2. 弊社取り扱い製品

販売名
AirFit N20 マスク
AirFit F20 マスク
AirFit F30 マスク
AirFit N10 マスク



3. 安全通知

「安全通知 レスメド製マグネット付きマスク-特定の医療機器への磁気的干渉のおそれ 患者さんへのご案内」をご確認ください。

4. 安全通知をふまえた対応

「禁忌」に該当されるご使用者様におかれましては、ご処方医療機関へご相談をいただきますようお願い申し上げます。

※禁忌・禁止にあたるかご判断がつかない場合は、ご処方医療機関受診時に、主治医に医療用インプラントや使用医療機器の状況をお伝えの上、対象マスクご使用についてご相談いただきますようお願い申し上げます。

1) 禁忌等の条件に該当しないご使用者様

これまでどおり対象マスクをご使用いただいて問題ございません。

2) 禁忌等の条件に該当されるご使用者様

主治医からのご指示により、他マスクへの交換をご案内させていただきます

5. お問合せ先

主治医からのマスク交換ご指示後に交換の案内がない等の場合は、帝人ヘルスケア株式会社 CPAP カスタマーセンター(CPAP ご使用の方はこちらへ)、または担当営業所(その他の機器ご使用の方は、掲示のご連絡先)までお問合せください。

対象マスクご使用の皆様には、ご心配をお掛けしますことお詫び申し上げます。ご案内内容につきまして、ご確認いただきご処方医療機関へご相談をいただきますようお願い申し上げます。

以上